

**RE: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - CPP 116/2021 CONV. 898495/2020 - HOSP. SANTO ANTONIO DE...**

De: Licitação Hospital Santo Antônio

Para: licitacao@gamacamp.com.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: RE: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - CPP 116/2021 CONV. 898495/2020 - HOSP. SANTO ANTONIO DE...

Enviada em: 17/08/2021 | 11:20

Recebida em: 17/08/2021 | 11:20

Respostas Questionamentos.**Questionamento 1**

O edital solicita "Tela sensível ao toque de 12 polegadas".

Resposta.

O edital solicita "Tela sensível ao toque de no mínimo 12 polegadas" e só serão aceitas proposta que atendam esse requisito.

Questionamento 2

Monitor Efficia CM 100 possui tela sensível ao toque com visualização de mais de 5 ondas simultâneas, e com alta resolução, solicitamos aceite do Equipamento, pois o mesmo irá atendê-los a contento.

Resposta.

O edital solicita "Visualização de no mínimo 6 (seis) formas de ondas simultâneas, possuir a visualização leito a leito dentro do monitor" e só serão aceitas proposta que atendam esse requisito.

Questionamento 3

O edital solicita "Cálculo de Drogas, Cálculos de Oxigenação e respiratórios".

Será aceito equipamento que não possua estas funcionalidades?

Resposta

Resposta a ser analisada pela engenharia clínica

Questionamento 4

O edital solicita "deve analisar as seguintes arritmias (Assistolia, Fibrilação, Ventricular/Taquicardia Ventricular, Bigeminismo, etc.)".

O Monitor Efficia, Modelo CM100, da Empresa PHILIPS Medical, realiza detecção da maioria das arritmias solicitadas, exceto bigeminismo, será aceito equipamento que analise pelo menos 10 tipos de arritmia?

Resposta

Resposta a ser analisada pela engenharia clínica

Questionamento 5

O edital solicita "Faixa de leitura mínima de respiração de 0 a 120 rpm".

O Monitor Efficia, Modelo CM100, da Empresa PHILIPS Medical, possui faixa de aferição de 3 a 150 rpm para todos os perfis de pacientes. A faixa inferior ofertada atende com ampla margem aos limites de bradipneia toleráveis, independente do perfil do paciente (adulto – pediátrico - neonatal). Além disso, o alarme de apneia é comumente configurado em 20 segundos, caso as respirações do paciente atinjam 20 segundos de intervalo entre si, totalizarão 3 movimentos respiratórios por minuto e certamente o produto ofertado, disparará o alarme de apneia antes do paciente atingir frequência respiratória tão baixa, levando o corpo clínico a tomar todas as decisões necessárias. Solicitamos o aceite de tecnologia.

Resposta

Resposta a ser analisada pela engenharia clínica

Questionamento 6

O edital solicita "Faixa de medição de temperatura de 4 a 48°C".

O Monitor Efficia, Modelo CM100, da Empresa PHILIPS Medical, possui faixa de aferição de 0 a 45°C, faixa esta que possibilita diagnósticos amplos de estados febris e de alta temperatura corpórea. Solicitamos aceite da tecnologia ofertada.

Resposta:

Resposta a ser analisada pela engenharia clínica

Questionamento 7

Caso vencedor será aceito pedido de prorrogação de entrega?

Resposta

"11.1 – A empresa vencedora deverá entregar o objeto desta Cotação Eletrônica de Preços em até 30 (trinta) dias corridos a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento - AF, expedida pela Gerência de Suprimentos/Compras Irmandade de Santo Antônio do Curvelo."

Atenciosamente

João Paulo Ribeiro



Setor de Licitação 2019.
Hospital Santo Antônio/Curvelo MG
Pç. Dr. Márcio de Carvalho Lopes Filho, 501 - Bom Jesus

De: licitacao@gamacamp.com.br

Enviada: 2021/08/17 08:31:41

Para: licitacao@hospitalsantoantonio.org.br

Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - CPP 116/2021 CONV. 898495/2020 - HOSP. SANTO ANTONIO DE CURVELO (4064170)

Bom dia Prezados,

Algum retorno referente ao nosso questionamento?

Cordialmente;

Thaís Fernanda.

Depto de Licitações

+55 19 9-92755690

+55 19 3743-7070

+55 31 3789-9761

+55 12 3911-2010

gamacamp.com.br

inovaligama.com.br



De: licitacao@gamacamp.com.br <licitacao@gamacamp.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 16 de agosto de 2021 16:00

Para: 'licitacao@hospitalsantoantonio.org.br' <licitacao@hospitalsantoantonio.org.br>

Assunto: RES: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - CPP 116/2021 CONV. 898495/2020 - HOSP. SANTO ANTONIO DE CURVELO (4064170)

Boa tarde Prezados,

O tamanho é de 10 polegadas.

Cordialmente;

Thaís Fernanda.

Depto de Licitações

+55 19 9-92755690

+55 19 3743-7070

+55 31 3789-9761

+55 12 3911-2010

gamacamp.com.br

inovaligama.com.br



De: Licitação Hospital Santo Antônio <licitacao@hospitalsantoantonio.org.br>

Enviada em: segunda-feira, 16 de agosto de 2021 15:06

Para: Licitação Campinas <licitacao@gamacamp.com.br>

Assunto: RE: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - CPP 116/2021 CONV. 898495/2020 - HOSP. SANTO ANTONIO DE CURVELO (4064170)

Boa tarde.

Favor especificar tamanho de tela do Monitor Efficia CM 100.

Atenciosamente.



Setor de Licitação 2019.
Hospital Santo Antônio/Curvelo MG
Pç. Dr. Márcio de Carvalho Lopes Filho, 501 - Bom Jesus

De: "Licitação Campinas" <licitacao@gamacamp.com.br>

Enviada: 2021/08/16 12:31:26

Para: licitacao@hospitalsantoantonio.org.br

Assunto: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO - CPP 116/2021 CONV. 898495/2020 - HOSP. SANTO ANTONIO DE CURVELO (4064170)

Bom dia Estimada Comissão de Licitação,

A empresa **Gama Camp Produtos Hospitalares Ltda**, inscrita no CNPJ **03.952.213/0001-01**, sediada à Rua Ex. Hélio Alves de Camargo, 138, Jd. IV Centenário, Campinas/SP CEP 13070-193, com interesse em participar da **CPP 116/2021 CONV. 898495/2020**, através de seu representante legal abaixo assinado, vem respeitosamente solicitar **ESCLARECIMENTO** ao processo em epigrafe, dentro dos prazos .

Por gentileza nos esclarecer alguns pontos do edital:

O edital solicita " Tela sensível ao toque de 12 polegadas".

Monitor Efficia CM 100 possui tela sensível ao toque com visualização de mais de 5 ondas simultâneas, e com alta resolução, solicitamos aceite do Equipamento, pois o mesmo irá atendê-los a contento.

O edital solicita "Cálculo de Drogas, Cálculos de Oxigenação e respiratórios".

Será aceito equipamento que não possua estas funcionalidades?

Tais funções não interferem na operabilidade do equipamento, e encarecem o produto final, inviabilizando a participação das empresas no Certame.

O edital solicita "deve analisar as seguintes arritmias (Assistolia, Fibrilação, Ventricular/Taquicardia Ventricular, Bigeminismo, etc.)".

O Monitor Efficia, Modelo CM100, da Empresa PHILIPS Medical, realiza detecção da maioria das arritmias solicitadas, exceto bigeminismo, será aceito equipamento que analise pelo menos 10 tipos de arritmia?

O edital solicita "Faixa de leitura mínima de respiração de 0 a 120 rpm".

O Monitor Efficia, Modelo CM100, da Empresa PHILIPS Medical, possui faixa de aferição de 3 a 150 rpm para todos os perfis de pacientes. A faixa inferior ofertada atende com ampla margem aos limites de bradipneia toleráveis, independente do perfil do paciente (adulto - pediátrico - neonatal). Além disso, o alarme de apneia é comumente configurado em 20 segundos, caso as respirações do paciente atinjam 20 segundos de intervalo entre si, totalizarão 3 movimentos respiratórios por minuto e certamente o produto ofertado, disparará o alarme de apneia antes do paciente atingir frequência respiratória tão baixa, levando o corpo clínico à tomar todas as decisões necessárias. Solicitamos o aceite de tecnologia.

O edital solicita " Faixa de medição de temperatura de 4 a 48°C".

O Monitor Efficia, Modelo CM100, da Empresa PHILIPS Medical, possui faixa de aferição de 0 a 45°C, faixa esta que possibilita diagnósticos amplos de estados febris e de alta temperatura corpórea. Solicitamos aceite da tecnologia ofertada.

Caso vencedor será aceito pedido de prorrogação de entrega?

Camila Merki

Depto de Licitações

gamacamp.com.br

inovaligama.com.br


