



RE: Pedido de esclarecimento - CP 116/2021 - Curvelo

De: Licitação Hospital Santo Antônio

Para: isabela@vitae.net.br

Cópia:

Cópia oculta:

Assunto: RE: Pedido de esclarecimento - CP 116/2021 - Curvelo

Enviada em: 18/08/2021 | 10:08

Recebida em: 18/08/2021 | 10:08

Prezados bom dia.

Considerando as seguintes solicitações de esclarecimentos segue as respostas.

Questionamento 1º

Esclarecimento descritivo:

A. **O edital solicita:** "... O monitor tem que apresentar os gráficos e tabelas das tendências dos parâmetros de no mínimo 150 horas. ..."

Da solicitação: Entende-se que capacidade de armazenamento de 150 horas de tendências é equiparado a monitorização de centrais. Para monitores beira de leito, 72 horas de monitorização são suficientes para a finalidade e amplamente ofertadas pelas principais marcas do mercado. De modo a ampliar a participação, gostaríamos do aceite para "72 horas de tendências".

Analizando a solicitação do questionamento "A" DEFERE-SE o pedido e passa-se a aceitar 72 horas ou superior.

B. **O edital solicita:** "...Faixa de medição de temperatura: 4 a 48 °c..."

Da solicitação: Considerando que 40°C já é considerado hipertemia (excesso de calor) e que em 42°C o funcionamento dos órgãos assim como todo o metabolismo é afetado e, a pessoa pode entrar em coma, não havendo mais garantias (a essa temperatura) de que a vida possa ser salva. Podemos considerar que serão aceitos equipamentos que mensuram até 45°C, sendo esta faixa considerada mais do que suficiente?

Analizando a solicitação do questionamento "A" DEFERE-SE o pedido.

C. **O edital solicita:** "...Bateria deve ter duração de 120 (Cento e Vinte) minutos com possibilidade de bateria para 240 (Duzentos e quarenta) minutos..."

Analizando a solicitação do questionamento "A" DEFERE-SE o pedido.

OBS.: Este pedido de esclarecimento será publicado no site da instituição.

Atenciosamente.

João Paulo Ribeiro



Setor de Licitação 2019.

Hospital Santo Antônio/Curvelo MG

Pç. Dr. Márcio de Carvalho Lopes Filho, 501 - Bom Jesus

De: "Isabela Costa" <isabela@vitae.net.br>

Enviada: 2021/08/17 16:29:03

Para: licitacao@hospitalsantoantonio.org.br

Cc: licitacao@nkbr.com.br, nathalia@vitae.net.br, patricia.prates@vitae.net.br

Assunto: Pedido de esclarecimento - CP 116/2021 - Curvelo

Prezados, boa tarde!

A VITAE Tecnologia em Medicina Ltda, estabelecida na Rua Niquelina, 245 - Santa Efigênia Belo Horizonte - MG, inscrita no CNPJ No 02.873.047/0001-95, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar esclarecimentos referente a licitação, na modalidade Cotação Prévia 116/2021 que irá acontecer no dia 20 de agosto de 2021, em conformidade a Lei Federal nº 10.520, Lei Complementar 123/06 e com o disposto na Lei de Licitações nº 8.666 e alterações posteriores, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Legitimamente interessada em participar dessa licitação e ciente das exigências contidas na especificação técnica do objeto licitado, constatamos a impossibilidade em atender corretamente no que se refere ao item 02 MONITORES.

Esclarecimento descritivo:

A. **O edital solicita:** "... O monitor tem que apresentar os gráficos e tabelas das tendências dos parâmetros de no mínimo 150 horas. ..."

Da solicitação: Entende-se que capacidade de armazenamento de 150 horas de tendências é equiparado a monitorização de centrais. Para monitores beira de leito, 72 horas de monitorização são suficientes para a finalidade e amplamente ofertadas pelas principais marcas do mercado. De modo a ampliar a participação, gostaríamos do aceite para "72 horas de tendências".

B. **O edital solicita:** "...Faixa de medição de temperatura: 4 a 48 °C..."

Da solicitação: Considerando que 40°C já é considerado hipertemia (excesso de calor) e que em 42°C o funcionamento dos órgãos assim como todo o metabolismo é afetado e, a pessoa pode entrar em coma, não havendo mais garantias (a essa temperatura) de que a vida possa ser salva. Podemos considerar que serão aceitos equipamentos que mensuram até 45°C, sendo esta faixa considerada mais do que suficiente?

C. **O edital solicita:** "...Bateria deve ter duração de 120 (Cento e Vinte) minutos com possibilidade de bateria para 240 (Duzentos e quarenta) minutos..."

Da solicitação: Visto que são monitores beira de leito, instalados em hospitais dotados de gerador, estarão conectados à energia e não são monitores adquiridos para maior uso em transporte, entendemos que 90 minutos são suficientes para segurança da autonomia do equipamento em caso de uma emergência. Solicitamos a adequação deste item para 90 minutos de bateria, de modo a ampliar a participação.

Afirmamos que o questionamento/pedido de esclarecimento solicitado acima é fundamental para a elaboração correta da proposta comercial.

Atenciosamente,

Atenciosamente.

Isabela Ribeiro Costa

Licitação

e-mail: isabela@vitae.net.br

Skype: isabela_vitae



EXCELÊNCIA EM LOCAÇÃO

 www.vitae.net.br

 vitaetecnologia

 (31) 99730-3104

 (31) 2104-7373

Esta mensagem é direcionada exclusivamente ao seu destinatário e pode conter informações privadas e confidenciais. Se você a recebeu por engano, por favor, notifique imediatamente o remetente e elimine-a do seu computador.